



ООО «ЭЛТИКОН»

Тел/Факс: +375(17)258-6333

E-mail: com@elticon.ru

СА024

**Прецизионный стабилизатор
напряжения питания**

**Паспорт
СА024.110 ПС**

Заводской №

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием – изготовителем основные параметры и характеристики прецизионного стабилизатора напряжения питания СА024, требуемые в эксплуатации.

1. Назначение

Прецизионный стабилизатор напряжения питания СА024 предназначен для питания тензодатчиков напряжением постоянного тока, используется в случае ввода сигналов тензодатчиков через многоканальный модуль СА318.

2. Основные технические данные и характеристики

№	Наименование	Требуемое значение
1.	Напряжение питания (Еп), V постоянного тока	12,5...28
2.	Выходное напряжение, V постоянного тока	4,99...5,01
3.	Ток нагрузки, mA, не более	100
4.	Габаритные размеры модуля, mm ³	60x44x30
5.	Температура окружающего воздуха при эксплуатации, ⁰ C	-40... +70

3. Комплект поставки:

- модуль СА024 – 1 шт.;
- паспорт СА024.110 ПС – 1шт.

4. Гарантии предприятия изготовителя

Предприятие-изготовитель: ООО «ЭЛТИКОН», Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 183. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие стабилизатора напряжения питания СА024 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации двадцать четыре месяца с момента отгрузки изделия заказчику.

В случае выхода модуля СА024 из строя в период гарантийного срока эксплуатации предприятие – изготовитель производит его замену.

5. Свидетельство о приемке

Прецизионный стабилизатор напряжения питания СА024 с заводским номером № _____ соответствует конструкторской документации, ТУ РБ 100220005.001-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Дата ввода отгрузки:

Начальник ОТК

6. Сведения о рекламациях

Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры

--	--	--